



Lista de Verificación: Equipos de lectura directa

FICHA

06

EQUIPOS DE LECTURA DIRECTA:

Son instrumentos que permiten conocer las concentraciones de un agente (gases, oxígeno, temperatura, entre otros) en un ambiente de trabajo por tanto su aplicación es indispensable para el trabajo en espacios confinados.

Nº	PREGUNTA	SI	NO	NC	OBSERVACIONES
1	¿El o los equipos disponibles, están habilitado para medir los agentes existentes en los lugares de trabajo?				
2	¿Existen instructivos o procedimientos que describan los pasos correctos para utilizar el o los equipos?				
3	¿Los trabajadores tienen el entrenamiento necesario para operar en forma correcta el o los equipos, además de las competencias para interpretar los resultados?				
4	¿Existe una Hoja de Vida para cada equipo? (que registre el historial de manteniones, reparaciones, y otros antecedentes individuales de cada uno)				
5	El o los equipos, ¿cuentan con las calibraciones o verificaciones al día?				
6	La organización en la que se han efectuado las calibraciones o verificaciones, ¿tiene la acreditación que avale su competencia?				
7	¿Son almacenados y/o transportados en lugares que permitan protegerlos de la suciedad, temperatura, humedad y posibles daños por golpes?				
8	Antes de realizar las mediciones, ¿Se verifica el estado de las pilas, pantalla, funcionalidad de los botones, entre otras variables?				
9	Si cuenta con alarmas, ¿funcionan al realizar pruebas y su volumen es el adecuado para las condiciones en que se utilizarán?				
FECHA		DEPARTAMENTO O SECCIÓN			
VERIFICACIÓN REALIZADA POR					FIRMA
CARGO					
VERIFICACIÓN REVISADA POR					FIRMA
CARGO					

NOTA: NC: No corresponde o no aplica su evaluación

Cuando se requiere indicar "a veces", "en ocasiones", "no siempre" escríbalo en la columna OBSERVACIONES.

- Si tiene respuestas **SI**, felicitaciones el aspecto de seguridad hace que el riesgo sea menor en el lugar de trabajo.
- Frente a cualquier **NO**, tome acciones inmediatas para eliminar el peligro detectado.